MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-365	PS/CH/96278
PRODUCTO Unidad móvil de rayos-X PIONEER y RAYBOW XE	
Nº SERIE Inferior a PH00236	
FABRICANTE Radiología, S.A., España	
DISTRIBUIDOR Radiología, S.A., C/ Pelaya, 13 Pol. Ind. Río de Janeiro, CP 28110 Algete, Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización del software de unidades móviles de rayos-X PIONEER y RAYBOW XE con números de serie inferiores a PH00236 debido a la posibilidad de que, bajo determinadas condiciones, se produzcan movimientos erráticos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa • Instrucciones actualización software	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V G V J E T C E F A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89