MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-370	PS/CH/96025

PRODUCTO
Cortacables
Número de referencia de la pieza (RPN): LR-CLP001; Número de pedido (GPN): G20003

FINALIDAD PREVISTA
Separar el conector de la guía del marcapasos o del desfibrilador.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Cook Vandergrift Inc. (Cook Medical Vandergrift), EE UU.

DISTRIBUIDOR
Cook Medical EUDC. Robert-Koch-Straße, 2, 52499 Baesweiler, Alemania.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados números de serie del Cortacables G20003, con RPN: LR-CLP001 debido a que el sello chevron del embalaje podría romperse, comprometiendo la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 N Y N X W G 7 5 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89