ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-373	PS/AVG/96665

PRODUCTO
Equipos de infusión para bombas de infusión volumétrica de Medima.
Ver productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Medima Sp. z o. o., Polonia.

DISTRIBUIDOR
ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L. Av. de la Transición Española, 24 4ª Pl. – P.E. Omega. Edif. Gamma, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados equipos de infusión para bombas de infusión volumétricas fabricadas por Medima Sp. z.o.o, debido a su posible colocación incorrecta en la bomba, así como al posible montaje incorrecto de la clampa FFPC por un defecto de fabricación en determinados lotes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B N A F 8 9 4 4 1 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89