MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-374	PS/TS/96385

PRODUCTO
Mango de raspador de acero inoxidable Link OptiStem
Referencia 17-5220/01
UDI-DI: 04026575284658

FINALIDAD PREVISTA
Preparación apropiada del hueso tibial y femoral en implante de rodilla.

Nº SERIE
C010108 y C151519

FABRICANTE
Waldemar Link GmbH & Co.KG, Alemania

DISTRIBUIDOR
Waldemar Link España, S.A. Fontsanta, 46 Planta 5ª 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie del mango de raspador de acero inoxidable Link OptiStem, debido a que la soldadura de la zona frontal podría no durar toda la vida útil prevista.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 5 V B D L J B 4 8 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89