MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-380	PS/PL/96844

PRODUCTO

- Broncoscopios de la serie BF
- Endoscopios de intubación traqueal serie LF
- Broncoscopios móviles para intubación de la serie MAF

Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Olympus Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR

Olympus Iberia, S.A.U., Pl. Europa, 10, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos de los broncoscopios y endoscopios de Olympus, debido a la posibilidad de que sean incompatibles con el tamaño del tubo endotraqueal elegido para el paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Manual de instrucciones actualizado del fibrobroncoscopio, videobroncoscopio, fibrobroncoscopio ultrasónico de Olympus
- Manual de instrucciones actualizado del fibroscopio para intubación traqueal, videoendoscopio para intubación traqueal de Olympus.
- Manual de instrucciones actualizado del endoscopio móvil para las vías respiratorias de Olympus.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W B P Q W K W 1 1 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89