DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-385	PS/MJF/96720-PS/MJF/96721

PRODUCTO

- Sutura PDS™ II
- Sutura antibacteriana PDS™ Plus

Ver códigos de producto y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Johnson & Johnson International, Bélgica

DISTRIBUIDOR

Johnson & Johnson SA. Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042, Madrid

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados códigos de producto y lotes de suturas PDS II y suturas antibacterianas PDS Plus, debido a una baja resistencia a la tracción.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K 4 G Y W N 7 3 7 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89