DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-386	PS/RJC/96821

PRODUCTO
Ensayo de proteína en líquido urinario/cefalorraquídeo (UCFP), Número de material de Siemens (SMN) 11319151 y UDI 00630414279176, para ADVIA Chemistry XPT, 1800 y 2400.

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Calle Mahonia, 2, 4ª Planta, Edificio Pórtico, 28043, Madrid, España

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con los ensayos de proteína en líquido urinario/cefalorraquídeo (UCFP) para Advia Chemistry XPT, 1800 y 2400, debido a la posibilidad de un arrastre de estos reactivos que podría dar lugar a resultados falsamente disminuidos de la creatinina enzimática (ECRE_2).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 C L V P R S 8 C 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89