MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2023-388 | PS/TS/96165 |

**PRODUCTOS**

- Aperlan Poka-Yoke Agente A, ref. n.° 41010058
- Aperlan Poka-Yoke Agente B, ref. n.° 41010057

**FINALIDAD PREVISTA**

Desinfectante para dispositivos médicos

**Nºs LOTE**

- Aperlan Poka-Yoke Agente A: 1596531, 1597269, 1597674
- Aperlan Poka-Yoke Agente B: 1596068, 1597809, 1598089

**FABRICANTE**

Getinge Disinfection AB, Suecia

**DISTRIBUIDOR**

Getinge Group Spain S.L.U. C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2 28521 Rivas Vaciamadrid

**ASUNTO**

Advertencias de seguridad y cese de utilización de determinados lotes de Aperlan Poka-Yoke Agente A y Aperlan Poka-Yoke Agente B, debido a la posibilidad de que se produzca una fuga del producto.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 14/08/2023**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: 4 E 4 A V F K A 8 4**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89