

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b>  2023-390	<b>REFERENCIA</b>  PS/PL/96667
<b>PRODUCTO</b> Bomba tumescente DP30 sin pedal, REF 4180.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Bomba para infiltración de soluciones acuosas en el tejido conjuntivo humano, para procedimientos de liposucción.	
<b>FABRICANTE</b> NOUVAG AG, Suiza.	
<b>DISTRIBUIDORES</b> Ver lista de distribuidores.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con las bombas tumescente DP30 ref 4180, debido a que se ha modificado la edad de los pacientes destinatarios y los parámetros de infiltración de la anestesia tumescente.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa</li></ul>	

