MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-393	PS/PF/97094

PRODUCTO
Analizador Erytra Eflexis®, ref. 210600.
UDI-DI: 08436583730942

FINALIDAD PREVISTA
Sistema automático para el tipaje sanguíneo.

VERSION SOFTWARE
3.0.1.

FABRICANTE
Diagnostic Grifols S.A., España.

DISTRIBUIDOR
Diagnostic Grifols, S.A., Passeig Fluvial 24, 08150, Parets Del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el Analizador Erytra Eflexis® debido que podría, en determinadas circunstancias, proporcionar interpretaciones erróneas de un perfil que incluye múltiples técnicas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X S R N E 5 C 8 4 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89