DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-395	PS/PL/97141

PRODUCTO
Apósito adhesivo POLYFILM®
Modelo PF121401, número de catálogo VPEPF121401.

FINALIDAD PREVISTA
Apósito de polímero sintético semipermeable destinado a asegurar los dispositivos médicos percutáneos, en particular, las agujas Huber.

Nº LOTE
A200006.

FABRICANTE
PEROUSE MEDICAL, Francia.

DISTRIBUIDOR
VYGON SAU, C/ Ciudad de Sevilla nº 34, 46988 Pol. Industrial Fuente del Jarro- Paterna, Valencia.

ASUNTO
Cese de utilización del lote A200006 del apósito adhesivo POLYFILM®, modelo PF121401, debido a una posible pérdida de esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 21/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E D B 6 8 V E 1 5 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89