ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-398	PS/MAM/97249
PRODUCTO Microscopio quirúrgico OPMI LUMERA 300.	
FABRICANTE Carl Zeiss Suzhou Co., Ltd. China	
DISTRIBUIDOR Carl Zeiss Meditec Iberia SAU. Ronda de Poniente, 5. 28760, Tres Cantos, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el microscopio OPMI LUMERA 300 debido a la posibilidad de que falte un tornillo en el brazo de suspensión que puede causar que los componentes suspendidos en él se caigan.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	