DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-401	PS/CH/92283

PRODUCTO
Catéteres guía Guider Softip™ XF
Ver números de catálogo afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Catéter de acceso neurovascular que crea un conducto estable por el que pueden introducirse dispositivos intervencionistas.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en el documento adjunto A.

FABRICANTE
Boston Scientific Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia, S.L., C/ Sepúlveda, 17, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados números de catálogo y lotes de los catéteres guía Guider Softip™ XF, debido a que pueden contener una curvatura de punta diferente a la indicada en el etiquetado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Documento adjunto A

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 437CP59A11

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89