MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-402	PS/PRV/96959

PRODUCTO
Sistema mezclador de cemento avanzado de Stryker.
Ver números de catálogo afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Permite mezclar cemento en condiciones de alto vacío constante durante todo el proceso. El cemento se transfiere directamente del recipiente de mezcla al cartucho de aplicación en condiciones de vacío.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Stryker Instruments, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia, S.L. C/ Sepúlveda, 17 - 28108 Alcobendas Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados números de catálogo y lotes del mezclador de cemento avanzado de Stryker, debido a la posibilidad de que la boquilla femoral extraíble se desmonte del sistema durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L D J K 8 J W 8 9 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89