MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-404	PS/AVG/97386
PRODUCTO Sutura VICRYL™ (poliglactina 910). Códigos de producto: W9378, W9287, V908E, V755G.	
Nº LOTE TEBBPPT0, TEBBDJT0, TEBBCGQ0, TDBBGHR0.	
FABRICANTE Johnson & Johnson International, Bélgica.	
DISTRIBUIDOR Johnson & Johnson S.A. Paseo de las Doce Estrellas, 5-7, 28042 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de los lotes TEBBPPT0, TEBBDJT0, TEBBCGQ0 y TDBBGHR0 de la sutura VICRYL™, debido a que están incorrectamente recubiertos con una solución que contiene triclosán.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C S D Y 7 K X 7 2 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89