MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-408	PS/TS/97396

PRODUCTO
Paño magnético para instrumental. Artículo: MDL1CE

FINALIDAD PREVISTA
Proporcionar una zona de transferencia segura para los instrumentos quirúrgicos punzantes durante una intervención.

Nº LOTE
GMD22W02

FABRICANTE
Medline International France SAS, Francia

DISTRIBUIDOR
Medline International Iberia S.L.U. Parque Empresarial San Fernando, Edificio Munich, planta baja, local B, Avenida de Castilla, 2, 28830 San Fernando de Henares (Madrid)

ASUNTO
Cese de utilización del lote GMD22W02 del paño magnético para instrumental, artículo MDL1CE, debido a la posibilidad de un defecto en el embalaje que podría comprometer la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S 6 Y K F Q J C 1 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89