MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-409	PS/RJC/97372
PRODUCTO FlurAbsorb. Referencia 26096, UDI-DI 539153029026003FJ	
FINALIDAD PREVISTA Cartucho de filtro para eliminar los gases anestésicos y los hidrocarburos halogenados.	
Nºs LOTE Intrervalo de 23061368-23071425	
FABRICANTE Sedana Medical Ltd, Irlanda.	
DISTRIBUIDOR Sedana Medical Spain. Edgar Neville 27, Planta Baja. 28020, Madrid, España.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de FlurAbsorb, debido a un posible error de ensamblaje que impide la correcta absorción de gases residuales.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R 6 P G C B 4 1 0 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89