

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b>	<b>REFERENCIA</b>
2023-410	PS/PF/97474
<b>PRODUCTO</b>	
<p>Analizadores de la familia ACL TOP Serie 50:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACL TOP 550 CTS, referencia 00000280045 y UDI 08426950729242.</li> <li>• ACL TOP 750 CTS, referencia 00000280055 y UDI 08426950784067.</li> <li>• ACL TOP 350 CTS, referencia 00000280065 y UDI 08426950784081.</li> <li>• ACL TOP 750, referencia 00000280015 y UDI 08426950784074.</li> <li>• ACL TOP 750 LAS, referencia 00000280035 y UDI 08426950784050.</li> </ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	
Analizadores automatizados que proporcionan resultados tanto para mediciones directas como para parámetros calculados de hemostasia.	
<b>VERSION SOFTWARE</b>	
6.3.0 o posterior.	
<b>FABRICANTE</b>	
Instrumentation Laboratory Co., EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b>	
Werfen, Plaza de Europa 21-23, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b>	
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados analizadores de la familia ACL TOP Serie 50 debido a la posibilidad de que se identifique erróneamente una muestra en determinadas circunstancias.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de aviso empresa</li> </ul>	

