MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-418	PS/MAM/97193

PRODUCTO
Mesas de operaciones MEERA.
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

Nº SERIE
Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
MAQUET GmbH. Alemania.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain S.L.U. C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2. 28521, Rivas Vaciamadrid. Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias de las mesas de operaciones MEERA debido a la posibilidad de que al introducir una secuencia específica de comandos de la unidad de control, se active el mecanismo de tracción y se produzca un accionamiento no deseado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 01/09/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T A 2 J 4 V N 5 E A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89