MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-424	PS/PRV/97450

PRODUCTO

Camas médicas Arjo Enterprise 5000X, Enterprise 8000X, Enterprise 9000X y Citadel ensambladas con módulo IndiGo Intuitive Drive Assistance, fabricadas entre mayo de 2018 y febrero de 2023.

FINALIDAD PREVISTA

El módulo IndiGo Intuitive Drive Assistance ensamblado en camas médicas Arjo proporciona asistencia para dichas camas durante el traslado del paciente.

FABRICANTE

ArjoHuntleigh AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR

Arjo Iberia SL; Carrer Cabanyes 1-7. 08210 Barberà del Vallès, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con las camas médicas Arjo Enterprise 5000X, Enterprise 8000X, Enterprise 9000X y Citadel ensambladas con el módulo IndiGo Intuitive Drive Assistance, debido a la posibilidad de que se produzca el movimiento involuntario de las ruedas de la cama.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/09/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B G S W G V 2 9 0 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89