MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-427	PS/CH/97093

PRODUCTO
Aplicación mylife CamAPS FX

FINALIDAD PREVISTA
Utilizada con bombas de insulina mylife YpsoPump, revisa y ajusta constantemente la dosis diaria total de insulina que usa el/la usuario/a para calcular automáticamente la administración de insulina

VERSION SOFTWARE
1.4(172) y anteriores

FABRICANTE
CamDiab Ltd, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Ypsomed Diabetes, SLU. Avda. Madrid, 95, 5º 1ª 08.028 Barcelona.

ASUNTO
Actualización del software de la aplicación mylife CamAPS FX, debido a la posibilidad de administrar una dosis excesiva de insulina al reiniciar la aplicación, si el usuario indica una dosis diaria total sobrestimada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 08/09/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 D K P 9 L L C 3 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89