MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-426	PS/AVG/97634
PRODUCTO Bomba de irrigación Versicon. Número de catálogo: JISP3000.	
FINALIDAD PREVISTA Para cirugía endoscópica espinal y artroscopia.	
Nº SERIE 1200024.	
FABRICANTE Joimax GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Oyasama, S.L. Calle de Ferrer del Río, 15, 28028 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso relacionadas con determinadas bombas de irrigación Versicon debido a una posible caída de la presión de irrigación durante el funcionamiento.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 08/09/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 3 P F F B V 2 9 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89