MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-433	PS/MAM/97486

PRODUCTO

- Patient Information Center iX, número de producto: 866389
- Expansión de Patient Information Center iX, número de producto: 866390
- PIC iX Essentials, número de producto: 867093
- Expansión de PIC iX Essentials, número de producto: 867154

Ver número UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de monitorización central que recibe, agrega, procesa, muestra y distribuye las ondas fisiológicas, los parámetros, las alarmas y los sucesos de múltiples pacientes.

VERSION SOFTWARE

versión 4.x

FABRICANTE

Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH. Alemania.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A.U. Calle María de portugal, 1. 28050, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema Patient Information Center iX, debido a la posibilidad de que se muestre la pantalla en blanco y las funciones de Surveillance u Overview se bloqueen de manera intermitente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/09/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Y G 4 E Y 6 4 7 D 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89