MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2023-430 | PS/CH/97012 |

**PRODUCTO**

| **Referencia** | **Producto** |
|---|---|
| 5032525 | KIT* PTO QTRAP 4500MD |
| 5032522 | KIT* PTO QQQ 4500MD |
| 5063685 | CITRINE QTRAP MS/MS SYSTEM |
| 5063684 | CITRINE TRIPLE QUAD MS/MS SYSTEM |

Fabricados entre 2018 y julio de 2023.

**FINALIDAD PREVISTA**

Espectrómetros de masa que cualifican y/o cuantifican un componente específico de una muestra, para el diagnóstico clínico.

**FABRICANTE**

AB SCIEX Pte. Ltd., Singapur

**REPRESENTANTE AUTORIZADO**

Leica Microsystems CMS GmbH Ernst-Leitz Strasse, 17-37 Wetzlar, Alemania.

**ASUNTO**

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas CITRINE QTRAP MS/MS, CITRINE TRIPLE QUAD MS/MS y 4500MD debido a la posibilidad de que se generen llamas en la parte superior de la sonda con la posible expulsión del conjunto de electrodos de la sonda.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 13/09/2023**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: T E G Y K 6 R E 9 A**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89