DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-435	PS/MAM/97915
PRODUCTO Sistema de rayos X FDR Visionary Suite.	
FABRICANTE Shimadzu Corporation. Japón.	
DISTRIBUIDOR Fujifilm Europe GmbH, Sucursal en España .C/Aragón 180. 08011, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de rayos X FDR Visionary Suite debido a la posibilidad de que se produzca un aflojamiento de los pernos que aseguran la sección de soporte del tubo de rayos X a la columna.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/09/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A W X E K W N 3 2 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89