

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-441	REFERENCIA PS/MTM/97993
PRODUCTO Viales de cultivo BD BACTEC™ Plus Aerobic/F. Referencia: 442023 UDI-DI: 038290HXRPGWNNMN	
Nº LOTE Ver nº de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Becton Dickinson and Company, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson, S.A., Camino de Valdeoliva, s/n, 28750, San Agustín del Guadalix, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de los viales de cultivo BD BACTEC™ Plus Aerobic/F, debido a la posibilidad de que los viales presenten números secuenciales de código de barras duplicados.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

