MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-445	PS/CH/97398

PRODUCTO
Incubadora portátil NITE, ref. 5020.
Batería externa NIMH, ref. 5139.

FABRICANTE
MEDIPREMA, Francia.

DISTRIBUIDOR
Oxigen salud, sita en C/ Pedro Cuarto, 453 CP 08020, Barcelona.
Emergalia S.L.U, sita en P.I SAN CIPRIAN DE VIÑAS CALLE 6 Nº 25, CP 32901, San Cibrao Das Viñas, Orense.
Bahia Medica SL sita en Calle Molino De Papel 23 POLIGONO. 11500, Puerto De Santa Maria, Cádiz.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de una reducción de la autonomía de la Incubadora portátil NITE Ref. 5020 o de la batería externa NIMH Ref. 5139 ocasionada por una corta duración de la batería y una posible degradación prematura si no se sigue el procedimiento de carga de la batería indicado en el manual de usuario.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 21/09/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A 3 Y B A S F C A 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89