MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2023-438 | PS/AVG/87479 |

**PRODUCTO**
Microscopios quirúrgicos M530 OHX, PROvido, Proveo 8.

**N$^{os}$ SERIE**
La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los n$^{os}$ de serie afectados.

**FABRICANTE**
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Suiza.

**DISTRIBUIDOR**
Leica Microsistemas SLU, Plaza Europa, 41 - 43 P 4, L'Hospitalet de Llobregat, 08908, Barcelona.

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados microscopios quirúrgicos M530 OHX, PROvido, Proveo 8 debido a que podrían apagarse de forma repentina durante su utilización por una deficiencia en la unidad de alimentación.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**
En noviembre de 2022 el fabricante emitió una nota de aviso informando de que determinados microscopios quirúrgicos M530 OHX, PROvido, Proveo 8 podrían apagarse de forma repentina durante su utilización por una deficiencia en la unidad de alimentación. La AEMPS transmitió esta información el 15 de diciembre de 2022, alerta 2022-551.

La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para informar que hay nuevos números de serie afectados por dicho problema.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 21/09/2023**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: 5 X 3 Z E Y S 4 7 3**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89