MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-448	PS/PF/97704

PRODUCTO

Controles Multichem:

- IA Plus, referencias 08P86-10 y 08P86-19
- S Plus, referencias 08P88-10, 08P88-11 y 08P88-12
- P, referencia 08P90-10

Nºs LOTE

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Techno-path Manufacturing Ltd., Irlanda.

DISTRIBUIDOR

Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Alemania.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de los controles Multichem IA Plus, referencia 08P86, Multichem S Plus, referencia 08P88, y Multichem P, referencia 08P90, debido a que los viales podrían estar rotos o romperse cuando se descongelan.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/09/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 2 A X 4 6 E C B D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89