MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-449	PS/NA/98194

PRODUCTO
Endoscopios flexibles Olympus.
Ver listado de modelos afectados en el anexo de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD DEL PRODUCTO
Procedimientos endoscópicos de gastroenterología, otorrinolaringología, respiratorios y de urología.

FABRICANTE
Olympus Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia, S.A.U. Pl. de Europa, 29-31, L'Hospitalet de Llobregat 08908, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con los endoscopios flexibles Olympus por un posible riesgo de infección al utilizarlos después de su reparación por Olympus o un centro de reparación autorizado, debido a que el canal podría continuar húmedo tras el proceso de lavado y secado realizado en los centros de reparación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/09/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J 6 D 5 C X J F 3 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89