MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-451	PS/MJF/97998

PRODUCTO
Bisturí Crescent convencional de 2,5 mm, 55 grados con biselado superior.
N.º de catálogo: 373807. N.º UDI 30886158000571.

FINALIDAD PREVISTA
Realizar incisiones oculares e indicado para la cirugía de cataratas.

Nº LOTE
6054027

FABRICANTE
Beaver Visitec International Inc; EE UU.

DISTRIBUIDOR
Medical Mix S.L.U; Carrer Amposta, 20. 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 6054027 del bisturí Crescent convencional de 2,5 mm, 55 grados con biselado superior y referencia 373807, debido a la posibilidad de que tenga la orientación de biselado incorrecta (inferior).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 26/09/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R V L R 5 8 F E E 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89