MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-453	PS/MTM/97535

PRODUCTO
Monitor Tempus Pro.
Números de referencia: 00-1004-R, 00-1007-R, 00-1024-R y 00-1026-R

FINALIDAD PREVISTA
Monitor de constantes vitales portátil diseñado para ser utilizado por médicos y personal sanitario cualificado, para la monitorización con o sin supervisión de una o más constantes vitales en el uso clínico y prehospitalario.

VERSION SOFTWARE
Hardware Trizeps-7

FABRICANTE
Remote Diagnostic Technologies Ltd., Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica SAU, Avda. María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados monitores Tempus Pro, debido a que se puede producir un error inesperado del dispositivo cuando se utiliza con el videolaringoscopio Tempus Pro.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa centros
- Nota de aviso empresa distribuidores

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/09/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 2 G A E J T W 5 0 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89