DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-455	PS/MJF/98315

PRODUCTO

Accesorios utilizados con mesas de quirófano.

- Cable remote control TS3000. Código producto: 2064469
- Charging unit mobile AC TS7500. Código producto: 1557243
- Shoulder Chair Dolly TS7000. Código producto: 1891860
- Almohadilla de recambio. Código producto: 2065800

Nº SERIE

Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG; Alemania.

DISTRIBUIDOR

Baxter S.L., Polígono Industrial Sector 14, Pouet de Camilo 2. 46394 Ribarroja del Turia, Valencia.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados accesorios utilizados con mesas de quirófano, debido a que se distribuyeron sin las instrucciones de uso (IFU) requeridas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/09/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E T 2 3 8 Z 8 F F 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89