

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-466	REFERENCIA PS/AVG/98472
PRODUCTO Duodenoscopio de un solo uso EXALT™ modelo D. (Ver números de referencia y lotes (UPN) afectados en la nota de aviso de la empresa)	
FABRICANTE Boston Scientific Corporation, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Boston Scientific Ibérica, S.A. Parque Puerta de las Naciones C/ Ribera del Loira, 46 – Edificio 2, 28024 Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes del duodenoscopio de un solo uso EXALT modelo D debido a la posible entrada de líquido en la lente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	

