# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2023-467 | PS/RJC/98228 |

**PRODUCTO**
Sistema estabilizador de vacío Acrobat-i, número de pieza OM-10000Z.

**FINALIDAD PREVISTA**
Diseñado para proporcionar acceso quirúrgico y exponer las arterias coronarias para la cirugía de bypass sin bomba.

**N$^{OS}$ LOTE**
3000188485, 3000193165, 3000193670, 3000195673, 3000198652, 3000199944, 3000201253 y 3000204442

**FABRICANTE**
MAQUET Cardiovascular, LLC, EEUU.

**DISTRIBUIDOR**

- Getinge Group Spain S.L.U., C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.
- CANARIA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO S.L., C/Los Pobres, Nº85, 38280 Tegueste, Tenerife, Islas Canarias.
- Merce V. Electromedicina, C/ Colon, 1, 46001 Valencia.

**ASUNTO**
Retirada del mercado de determinados lotes del sistema estabilizador de vacío Acrobat-i debido al riesgo de que la mordaza de montaje en carcasa se rompa durante el uso normal.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 05/10/2023**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: 8 W P D F 9 A 1 D 3**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89