MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2023-471	PS/NA/98539

PRODUCTO

- Software del Centricity PACS-IW V3.7.x V3.7.x a 3.7.3.9 SP3.
- Centricity PACS-IW con software Universal Viewer V5.0 SPx con base PACS-IW.
- Centricity Universal Viewer con software de base PACS-IW V6.0 SP0 a 6.0 SP7.1.

FINALIDAD PREVISTA

Visualización, comunicación y procesamiento de imágenes médicas, datos de diversas fuentes de imágenes y otras fuentes de información sanitaria con fines diagnósticos.

FABRICANTE

GE Medical Systems, LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España S.A., calle Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad y corrección de los software Centricity PACS-IW V3.7, Centricity PACS-IW con Universal Viewer V5.0 y Centricity Universal Viewer V6.0 con base PACS-IW, debido a un posible problema por el que las imágenes de dos pacientes diferentes pueden estar contenidas en un único estudio.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/10/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 X C R Z L W 8 7 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89