MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-473	PS/MAM/98642

PRODUCTO
Carro Venue Go Standard, modelos H45181VC y H45103VCW, fabricados a partir del 08-2022.

FINALIDAD PREVISTA
Los carros Venue Go Standard se utilizan con los sistemas ecográficos Venue Go R2, R3 y R4 destinados a la obtención de imágenes por ultrasonidos, la medición, la visualización y el análisis del cuerpo humano y de sus fluidos.

FABRICANTE
GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics, LLC. EEUU.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU. C/Gobelas, 35-37. 28023,Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el carro Venue Go Standard debido a la posibilidad de desarrollar un fallo interno del mecanismo de regulación de la inclinación vertical/horizontal que puede provocar que el sistema Venue Go se desprenda y se caiga.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/10/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J T 6 S Y 2 Z 9 2 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89