DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-480	PS/MTM/98563

PRODUCTO

Sistemas Cios VA30:

- Cios Spin, UDI-DI: 04056869153506
- Cios Alpha, UDI-DI: 04056869153490
- Cios Flow, UDI-DI: 04056869246628

FINALIDAD PREVISTA

Sistema radiográfico móvil diseñado para obtener imágenes de rayos X de las estructuras anatómicas del paciente durante las aplicaciones clínicas.

FABRICANTE

Siemens Healthcare GmbH., Alemania.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización del software de los sistemas Cios VA30, para cumplir con los requisitos de las normas DIN e IEC.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/10/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K 2 G 2 2 P X 4 7 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89