MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-479	PS/RJC/98738

PRODUCTO
Fundas para el brazo del instrumento, del sistema quirúrgico da Vinci Xi/X.
Número de pieza: 470015-07

FINALIDAD PREVISTA
Accesorio del robot da Vinci para intervenciones de endoscopía.

Nº LOTE
DM3223602

FABRICANTE
Intuitive Surgical, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
ABEX Excelencia Robótica S.L., Calle Enrique Granados, n. 6, Edificio B, primer piso, Oficina 3, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el lote DM3223602 de las fundas para el brazo del instrumento del sistema quirúrgico da Vinci Xi/X, debido a un error en la fecha de caducidad en la etiqueta de la caja exterior de envío marrón.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/10/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 8 Y 5 Y G J Y B F 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89