MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-476	PS/PRV/98705

PRODUCTOS

- Lance internal hex. Implant dia. 3.75 L 11.50mm, referencia MF5-11375
- Lance internal hex. Implant dia. 3.75 L 13mm, referencia MF5-13375

FINALIDAD PREVISTA

Sistemas de implantes dentales MIS indicados para su colocación quirúrgica en el hueso del maxilar inferior o superior, con el fin de ofrecer soporte para dispositivos protésicos, como dientes artificiales, para restaurar la función masticatoria.

Nº LOTE

W23010086 (MF5-11375), W23010087 (MF5-13375)

FABRICANTE

MIS Implants Technologies Ltd.

DISTRIBUIDOR

DENTSPLY SIRONA IBERIA S.A.U., Plaza Europa, 31 Planta Baja, 08908 Hospitalet de Llobregat. Barcelona**.**

ASUNTO

Retirada del mercado del lote W23010086 del implante Lance internal hex., con referencia MF5-11375, y del lote W23010087 del implante con referencia MF5-13375, debido a una confusión en el empaquetado entre estos dos lotes de implantes especificados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/10/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R R Q X X G K 3 9 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89