MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-483	PS/MJF/98530

PRODUCTO
Retractor vaginal posparto Hegenberger. Nº Modelo A1390.

FINALIDAD PREVISTA
Permitir que los profesionales de la salud accedan a las lesiones internas posparto mediante la separación mecánica de las paredes vaginales.

Nº LOTE
4227

FABRICANTE
Cetro Medical AB; Suecia.

DISTRIBUIDOR
PRIM S.A; C/Yolanda González, 15. 28938 Móstoles, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el lote 4227 del Retractor vaginal Hegenberger, modelo A1390, debido a que se podría haber distribuido sin las Instrucciones de Uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/10/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J 9 D V S 7 Q 0 B 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89