DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-489	PS/MTM/99034

PRODUCTO
Sistemas VITROS®
Ver sistemas afectados en la nota de aviso de la empresa.

VERSION SOFTWARE
3.8.0

FABRICANTE
QuidelOrtho (Ortho Clinical Diagnostics Inc), Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Ortho Clinical Diagnostics Spain S.L.U., C/ Vía de los Poblados 1, 28033, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados Sistemas VITROS®, con versión de software 3.8.0, debido al aumento de determinados códigos de error durante el funcionamiento del sistema por problemas relacionados con el software.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/10/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 D P Z S C 2 2 3 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89