MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-495	PS/TS/98841

PRODUCTO
Retractor esternal 30x19 cm/4 palas, nº de componente: 2325470-00, incluido en varios packs para procedimientos quirúrgicos de Mölnlycke® con nº de producto 97102096-03

Nº LOTE
Ver nº^{s} de lote de los packs afectados en el anexo I dela nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Mölnlycke Health Care AB, Suecia

DISTRIBUIDOR
DSV Solutions Spain. Avenida de la Veguilla, 7 – Módulo E Pol. Ind SI-20 - 19171 Cabanillas del Campo (Guadalajara)

ASUNTO
Advertencias de seguridad y retirada del mercado de determinadas unidades del retractor esternal 30x19 cm/ 4 palas, nº de componente: 2325470-00, debido a que la palanca/manivela que separa los brazos de soporte de las palas podría estar montada en el lado incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 27/10/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 5 Y Q F 3 L Y E 1 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89