

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-503	REFERENCIA PS/RJC/99073
PRODUCTO Tampón de lavado 1 con número de pedido 47005 del kit de reactivos HPLC para ácido t,t-mucónico en orina con número de pedido 47000.	
FINALIDAD PREVISTA Determinación cuantitativa de ácido t,t-mucónico en muestras de orina de pacientes mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) con detección UV.	
Nº LOTE 0122	
FABRICANTE Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Teknokroma Analítica S.A., Camí de Can Calders, 14, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España.	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 0122 del tampón de lavado 1 del kit de reactivos HPLC para ácido t,t-mucónico en orina, debido a que puede producir una determinación incorrecta de la concentración del ácido t,t-mucónico y revisión de las determinaciones realizadas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	

