MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-507	PS/PF/99264

PRODUCTO
Alinity s System, número de referencia 06P16.
UDI-DI: (01)00380740138479

FINALIDAD PREVISTA
Analizador para la determinación de la presencia de antígenos y anticuerpos específicos mediante el uso de tecnología de inmunoensayo quimioluminiscente.

FABRICANTE
Abbott Laboratories, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Alemania.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los analizadores Alinity s System, número de referencia 06P16, debido a la presencia de caucho natural seco (látex) en algunos de sus componentes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/11/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C F 7 V 7 D 2 3 2 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89