DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-522	PS/AVG/99306

PRODUCTOS

Equipos de resonancia magnética de 1.5 T: Achieva 1.5T, Achieva 1.5T Conversion, Ingenia 1.5T CX, Intera 1.5T, Intera 1.5T Power/Pulsar y SmartPath a dStream para sistemas de 1.5 T.
Ver n^{os} de referencia y de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Philips Healthcare, Países Bajos.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica S.A. C. de María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados equipos de resonancia magnética de Philips debido a la posibilidad de que un fallo de un componente de la bobina de gradiente podría actuar como una fuente de calor y producir humo o fuego.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/11/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W T Q E C R 6 3 E E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89