MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-532	PS/MTM/99758

PRODUCTO

- SeQuent® Please Neo 3.5 x 25 mm. Referencia: 5023236. Lote: 22H13809
- SeQuent® Please Neo 3.5 x 30 mm. Referencia: 5023246. Lote: 22H10809

FINALIDAD PREVISTA

Catéter con balón ACTP de intercambio rápido con liberación de paclitaxel utilizado para tratar la enfermedad arterial oclusiva.

FABRICANTE

B. Braun Melsungen AG., Alemania.

DISTRIBUIDOR

B. Braun Surgical, S.A. Carretera de Terrassa, 121, 08191, Rubí, Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del catéter con balón para ACTP SeQuent® Please Neo, debido a que el tamaño indicado en el etiquetado podría no ser correcto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/11/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L C Z Z N 9 Y 0 A 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89