DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-533	PS/MTM/99760

PRODUCTO

- SeQuent® Neo 2.0 x 10 mm. Referencia: 5021713D. Lote: 22F29844
- SeQuent® Neo 2.5 x 20 mm. Referencia: 5021735D. Lote: 22F30844

FINALIDAD PREVISTA

Catéter balón de ACTP para la dilatación de vasos coronarios en una angioplastia coronaria transluminal percutánea.

FABRICANTE

B. Braun Melsungen AG., Alemania.

DISTRIBUIDOR

B. Braun Surgical, S.A. Carretera de Terrassa, 121, 08191, Rubí, Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del catéter balón para ACTP SeQuent® Neo, debido a que el tamaño indicado en el etiquetado podría no ser correcto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/11/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: P W B J G 5 P 7 E F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89