MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-536	PS/AVG/99303

PRODUCTOS
Sistemas de resonancia magnética Multiva 1.5T.
Ver n^{os} de referencia y de serie afectados en apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd, China.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U. C. de María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados equipos de resonancia magnética Multiva 1.5T, debido a un posible fallo de un componente de la bobina de gradiente podría actuar como una fuente de calor y pudiendo producir humo o fuego.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/11/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 X Z L T 6 W 7 1 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89