MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-539	PS/NA/99070

PRODUCTO

Monitor / Desfibrilador HeartStart Intrepid, modelo 867172, con la nueva fuente de alimentación de Clase I:

- Dispositivos que recibieron la nueva fuente de alimentación a través de una actualización in situ (número de pieza de opción 867432 instalada)
- Dispositivos que se enviaron con ella (números de serie superiores a CN73904564) y que se han sometido a un mantenimiento posterior que requirió la apertura del dispositivo.

FABRICANTE

Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc., China.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A. María de Portugal 1, 28050 Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con el monitor/desfibrilador HeartStart Intrepid, modelo 867172, debido a que no se detallan en el manual de servicio del equipo los métodos de verificación de los test de seguridad eléctrica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.
- Sección del Manual de Servicio actualizado: "*Intrepid Manual Ademdum*."

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 20/11/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 G Z A A C G A 0 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89